ALTAIR QuickCheck

[Test simple des détecteurs ALTAIR et ALTAIR PRO]

La nouvelle station de test ALTAIR est conçue pour tester les détecteurs monogaz ALTAIR et ALTAIR PRO. Cette station permet de contrôler l'alarme, visuelle, sonore et vibrante du détecteur et teste la réponse de l'appareil à une concentration de gaz connue.

Les résultats du test s'affichent sur trois LED d'indication : test d'alarme, test de réponse au gaz et indication finale de succès ou échec. La LED verte signifie un test réussi, la rouge un test échoué et la clignotante un test en cours. Le marquage est affiché sur le détecteur pendant 24 heures après le test fonctionnel.

La station de test ALTAIR est disponible, soit en version manuelle, soit en version automatique.

- Tests fonctionnels simples et rapides
- Teste l'alarme visuelle, sonore et vibrante
- LED pour test en cours et statut succès/échec
- Pas besoin de maintenance
- Temps de test inférieur à 30 secondes
- Adaptable aux détecteurs monogaz ALTAIR et ALTAIR PRO

[Facile d'utilisation]

La station de test ALTAIR utilise un microphone pour détecter l'alarme sonore, contrôle électroniquement la LED d'alarme visuelle du dispositif et l'alarme vibrante et teste la réponse de l'appareil à une concentration de gaz connue.
Pour tester les détecteurs ALTAIR et ALTAIR PRO, appuyez simplement sur le bouton et introduire la détecteur dans la station de test. La date, l'heure et le résultat du test sont enregistrés sur le détecteur. L'ALTAIR peut enregistrer 25 évènements alors que l'ALTAIR PRO peut en enregistrer 50.

[Caractéristiques techniques]

Poids	245 g
Dimensions	16.5 x 12.1 x 5.1 cm [H x L x l]
Indicateurs visuels	LED pour test d'alarme, test au gaz et succès/échec
Temps de réponse	Moins de 30 secondes
Versions	Station de test manuelle et automatique
Plages de température	0 °C à +40 °C
Indice de protection	IP 30
Alimentation électrique	115/230 V AC, 50/60 Hz 6 V DC
Certification	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

[Références de commande]

ALTAIR QuickCheck

Référence	Description Régulateur	Régulateur incl.
10076693	O_2, CO, H_2S – Manuelle[1]	Non
10076705	O_2, CO, H_2S – Automatique	Oui

[1] Pour les versions manuelles de la station de test ALTAIR QuickCheck, un régulateur manuel [Réf n° 478359] et un tuyau [réf n° 10077384] doivent être achetés séparément.

[Accessoires]

10049410	Alimentation pour véhicule
10077384	Tuyau pour régulateur
10075893	Régulateur à la demande automatique
478359	Régulateur de débit manuel
710386	Support pour une bouteille

[Bouteille de gaz de test]

Référence	Capteurs	Concentration en gaz
10011727	H_2S	40 ppm
10073231	CO	60 ppm
10081672	O_2	5 %

Votre contact direct

detecta Services
ZAL du 14 Juillet
Rue Pierre et Marie Curie
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél. : 03 21 50 39 53
Fax : 03 21 07 81 01

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
F-01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél.: +33 [474] 55 01 55
Fax: +33 [474] 55 47 99
E-mail: message@msa-gallet.fr
Internet: www.msa-gallet.fr

MSA AUER Schweiz
Unterdorfstrasse 21
CH-8602 Wangen
Tél.: +41 [43] 255 89 00
Fax: +41 [43] 255 99 90
E-mail: msa-schweiz@auer.de
Internet: www.msa.ch

MSA Belgium N.V.
Duwijckstraat 17
B-2500 Lier
Tél.: +32 [3] 491 91 50
Fax: +32 [3] 491 91 51
E-mail: msabelgium@msa.be
Internet: www.msa-europe.com

Sujet à modification sans préavis

ID 08-529.8 FR/00/12.06/pdf